

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มีโซลา จำนวน ๓ รายการ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการที่ ๑ Suction control no.๑๒ จำนวน ๓๓,๔๐๐ ชิ้น

รายการที่ ๒ Suction control no.๑๔ จำนวน ๕๙,๙๐๐ ชิ้น

รายการที่ ๓ Suction control no.๑๖ จำนวน ๑๔,๐๐๐ ชิ้น

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ Suction control No ๑๒, ๑๔, ๑๖

๑) ความต้องการ สายดูดเสมหะ Suction control No ๑๒, ๑๔, ๑๖

๒) วัตถุประสงค์ สำหรับใช้กับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลนครพนม

๓) คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑) เป็นสายสำหรับดูดเสมหะใช้ครั้งเดียวทิ้ง

๓.๒) ผลิตจากวัสดุ Pvc Compound Medical Grade Natural Color

เป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติไม่มีพิษต่อร่างกายที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เป็นสีธรรมชาติ ไม่มีสารพิษใดๆ เจือปน

๓.๓) บริเวณข้อต่อที่ใช้ต่อกับสายยางจากเครื่องดูดเสมหะ (Control) มีรูหรือจุก

ปิดรูสำหรับควบคุมการดูดเสมหะชนิด Arrow Flow

๓.๔) ปลายท่อมีรู ตรงปลายมนเรียบ เพื่อสอดสายเข้าลำคอของผู้ป่วยจะได้ไม่ระคายเคือง

๓.๕) ส่วนปลายมนเรียบมีรูเปิดด้านข้างอย่างน้อย ๒ รู ซึ่งจะอยู่ในมุมเฉียง เพื่อสะดวกในการดูดเสมหะและป้องกันการอุดตัน

๓.๖) แต่ละเส้นบรรจุอยู่ในซองพลาสติก สามารถฉีกซอง และดึงออกมาใช้ได้  
อย่างสะดวก บรรจุ ๑ ชิ้น/ ๑ ซอง

๓.๗) ซองบรรจุระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิตไว้ที่ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น และบนกล่องสินค้า

๓.๘) ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas หรือ Gamma Ray

๓.๙) โรงงานผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๑๘๐๐๑, GMP อย่างน้อย ๑ มาตรฐาน

๓.๑๐) ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

๔) เงื่อนไขเพิ่มเติม

๔.๑) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๒) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันผลิต

๔.๓) หากสินค้าชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุการใช้งาน ผู้จะขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๔) รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปีนับถัดจากวันตรวจรับ หากพัสดุที่ส่งมามีการชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนการใช้งาน ผู้จะขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๕) เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลนครพนม ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนยื่นเสนอราคา

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายสุภวุฒิ ภูมิ)

(นางสาวชฎารัตน์ ภูโอบ)

(นางสาวอรจจิมา ศรีชนม์)